

58 Seriennummer

 59 nicht bekannt 1 = ja

Schrittmachersonden

Vorhof

60 Art des Vorgehens
 0 = kein Eingriff an der Sonde
 1 = Neuimplantation
 2 = Neuplatzierung
 3 = zusätzliche Implantation
 4 = Reparatur
 9 = Sonstiges

wenn Art des Vorgehens = 0, 2, 4, 9:

61 Jahr der Implantation JJJJ
 62 nicht bekannt 1 = ja

63 NBL-Code

- 1. Stelle U = unipolar
B = bipolar
M = multipolar
- 2. Stelle A = aktive Fixation, z.B. Schraubsonde
N = passive Fixation, z.B. Ankersonde
0 = keine Fixation
- 3. Stelle P = Polyurethanisolierung
S = Silikonisolierung
D = beide Materialien
- 4. Stelle S = steroidfreisetzend
N = andere Substanz freisetzend
0 = ohne

64 nicht bekannt 1 = ja

65 Hersteller Herstellercode

66 nicht bekannt 1 = ja

67 Typ (Klartext)

68 nicht bekannt 1 = ja

69 Seriennummer

70 nicht bekannt 1 = ja

71 Reizschwelle (bei 0,5 ms) v ,

72 nicht gemessen 1 = ja

73 P-Wellen-Amplitude mV ,

74 nicht gemessen 1 = ja

Ventrikel

75 Art des Vorgehens
 0 = kein Eingriff an der Sonde
 1 = Neuimplantation
 2 = Neuplatzierung
 3 = zusätzliche Implantation
 4 = Reparatur
 9 = Sonstiges

wenn Art des Vorgehens = 0, 2, 4, 9:

76 Jahr der Implantation JJJJ

77 nicht bekannt 1 = ja

78 NBL-Code

79 nicht bekannt 1 = ja

80 Hersteller Herstellercode

81 nicht bekannt 1 = ja

82 Typ (Klartext)

83 nicht bekannt 1 = ja

84 Seriennummer

85 nicht bekannt 1 = ja

86 Reizschwelle (bei 0,5 ms) v ,

87 nicht gemessen 1 = ja

88 R-Amplitude mV ,

89 nicht gemessen 1 = ja

bei System mit zwei Vorhofsonden

Vorhof (2. Sonde)

90 Art des Vorgehens
 0 = kein Eingriff an der Sonde
 1 = Neuimplantation
 2 = Neuplatzierung
 3 = zusätzliche Implantation
 4 = Reparatur
 9 = Sonstiges

wenn Art des Vorgehens = 0, 2, 4, 9:

91 Jahr der Implantation JJJJ

92 nicht bekannt 1 = ja

93 NBL-Code

94 nicht bekannt 1 = ja

95 Hersteller Herstellercode

96 nicht bekannt 1 = ja

97 Typ (Klartext)

98 nicht bekannt 1 = ja

99 Seriennummer

100 nicht bekannt 1 = ja

101 Reizschwelle (bei 0,5 ms) v ,

102 nicht gemessen 1 = ja

103 P-Wellen-Amplitude mV ,

104 nicht gemessen 1 = ja

bei System mit zwei Ventrikelsonden

Ventrikel (2. Sonde)

105 Art des Vorgehens
 0 = kein Eingriff an der Sonde
 1 = Neuimplantation
 2 = Neuplatzierung
 3 = zusätzliche Implantation
 4 = Reparatur
 9 = Sonstiges

wenn Art des Vorgehens = 0, 2, 4, 9

106 Jahr der Implantation JJJJ

107 nicht bekannt 1 = ja

108 NBL-Code

109 nicht bekannt 1 = ja

110 Hersteller Herstellercode

111 nicht bekannt 1 = ja

112 Typ (Klartext)

113 nicht bekannt 1 = ja

114 Seriennummer

115 nicht bekannt 1 = ja

116 Reizschwelle (bei 0,5 ms) v ,

117 nicht gemessen 1 = ja

118 R-Amplitude mV ,

119 nicht gemessen 1 = ja

Postoperativ nicht mehr aktive

Anteile des SM-Systems

Schrittmachersystem

120 Ein-Kammer-System
 1 = VVI 2 = AAI

121 Zwei-Kammer-System
 1 = DDD 2 = VDD

122 sonstiges System
 1 = biventrikuläres System mit einer Vorhofsonde
 2 = biventrikuläres System ohne Vorhofsonde
 3 = Sonstiges

123 frequenzvariabel 0 = nein 1 = ja

124 Sonstige
 0 = nein
 1 = prophylaktische antitachykarde Funktion
 2 = therapeutische antitachykarde Funktion
 3 = beides
 9 = Sonstige

Schrittmacher-Aggregat

125 Art des Vorgehens
 1 = Explantation
 9 = Sonstige

126 Jahr der Implantation JJJJ

127 nicht bekannt 1 = ja

128 Hersteller Herstellercode

129 nicht bekannt 1 = ja

130 Typ (Klartext)

131 nicht bekannt 1 = ja

