

**Implantiertes System (postoperativ funktionell aktive Anteile) I**

	Gesamt 2004		Gesamt 2003	
	Anzahl	%	Anzahl	%
<b>Schrittmacher-System</b>				
<b>Ein-Kammer-System</b>				
VVI	22.309	35,76	19.777	38,10
AAI	604	0,97	547	1,05
<b>Zwei-Kammer-System</b>				
DDD	37.055	59,40	29.460	56,76
VDD	1.441	2,31	1.378	2,65
<b>Sonstiges System</b>				
biventrikuläres System mit Vorhofsonde	541	0,87	336	0,65
biventrikuläres System o. Vorhofsonde	94	0,15	92	0,18
Sonstiges	338	0,54	314	0,60
<b>Frequenzvariabel</b>	51.814	83,06	40.146	77,35
<b>Sonstige</b>				
nein	56.068	89,88	46.634	89,85
prophylaktische antitachykarde Funkt.	3.524	5,65	2.849	5,49
therapeutische antitachykarde Funktion	1.053	1,69	790	1,52
beides	733	1,18	582	1,12
Sonstiges	1.004	1,61	1.049	2,02
<b>Schrittmacher-Sonden</b>				
<b>Vorhof</b>				
<b>NBL-Code</b>	38.797 / 62.382	62,19	30.951 / 51.904	59,63
davon:				
unipolar	449 / 38.797	1,16	461 / 30.951	1,49
bipolar	38.009 / 38.797	97,97	30.171 / 30.951	97,48
multipolar	335 / 38.797	0,86	314 / 30.951	1,01
aktive Fixation, z.B. Schraubsonde	31.999 / 38.797	82,48	24.820 / 30.951	80,19
passive Fixation, z.B. Ankersonde	5.819 / 38.797	15,00	5.214 / 30.951	16,85
keine Fixation	957 / 38.797	2,47	910 / 30.951	2,94
Polyurethanisolierung	5.499 / 38.797	14,17	5.005 / 30.951	16,17
Silikonisolierung	27.873 / 38.797	71,84	21.677 / 30.951	70,04
beide Materialien	5.394 / 38.797	13,90	4.252 / 30.951	13,74
steroidfreisetzend	31.137 / 38.797	80,26	23.212 / 30.951	75,00
andere Substanz freisetzend	343 / 38.797	0,88	300 / 30.951	0,97
ohne	7.286 / 38.797	18,78	7.420 / 30.951	23,97
<b>Reizschwelle (bei 0,5 ms) (V)</b>				
Anzahl der Pat. mit gültigen Angaben	35.921		28.660	
Median		0,70		0,70
Mittelwert		0,78		0,81
<b>P-Wellen-Amplitude (mV)</b>				
Anzahl der Pat. mit gültigen Angaben	37.940		30.194	
Median		2,80		2,80
Mittelwert		3,12		3,12