

Implantiertes System (postoperativ funktionell aktive Anteile) II

	Gesamt 2004		Gesamt 2003	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Ventrikel				
NBL-Code	61.582 / 62.382	98,72	51.186 / 51.904	98,62
davon:				
unipolar	9.992 / 61.582	16,23	12.811 / 51.186	25,03
bipolar	50.766 / 61.582	82,44	37.663 / 51.186	73,58
multipolar	824 / 61.582	1,34	707 / 51.186	1,38
aktive Fixation, z.B. Schraubsonde	8.335 / 61.582	13,53	6.540 / 51.186	12,78
passive Fixation, z.B. Ankersonde	51.782 / 61.582	84,09	43.053 / 51.186	84,11
keine Fixation	1.463 / 61.582	2,38	1.588 / 51.186	3,10
Polyurethanisolierung	9.743 / 61.582	15,82	8.912 / 51.186	17,41
Silikonisolierung	41.917 / 61.582	68,07	33.836 / 51.186	66,10
beide Materialien	9.918 / 61.582	16,11	8.429 / 51.186	16,47
steroidfreisetzend	44.332 / 61.582	71,99	33.891 / 51.186	66,21
andere Substanz freisetzend	780 / 61.582	1,27	629 / 51.186	1,23
ohne	16.468 / 61.582	26,74	16.659 / 51.186	32,55
Reizschwelle (bei 0,5 ms) (V)				
Anzahl der Pat. mit gültigen Angaben	61.049		50.647	
Median		0,40		0,40
Mittelwert		0,51		0,51
R-Amplitude (mV)				
Anzahl der Pat. mit gültigen Angaben	59.643		49.543	
Median		12,10		12,00
Mittelwert		13,11		12,95