

Implantiertes System (postoperativ funktionell aktive Anteile) III

	Gesamt 2004		Gesamt 2003	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Bei System mit zwei Vorhofsonden				
Vorhof (2. Sonde)				
NBL-Code	27 / 62.382	0,04	57 / 51.904	0,11
davon:				
unipolar	2 / 27	7,41	5 / 57	8,77
bipolar	22 / 27	81,48	28 / 57	49,12
multipolar	3 / 27	11,11	24 / 57	42,10
aktive Fixation, z.B. Schraubsonde	12 / 27	44,44	20 / 57	35,09
passive Fixation, z.B. Ankersonde	13 / 27	48,15	35 / 57	61,40
keine Fixation	2 / 27	7,41	1 / 57	1,75
Polyurethanisolierung	8 / 27	29,63	9 / 57	15,79
Silikonisolierung	15 / 27	55,56	47 / 57	82,46
beide Materialien	4 / 27	14,81	0 / 57	0,00
steroidfreisetzend	13 / 27	48,15	51 / 57	89,47
andere Substanz freisetzend	1 / 27	3,70	0 / 57	0,00
ohne	13 / 27	48,15	4 / 57	7,02
Reizschwelle (bei 0,5 ms) (V)				
Anzahl der Pat. mit gültigen Angaben	22		15	
Median		1,00		0,80
Mittelwert		1,30		1,41
P-Wellen-Amplitude (mV)				
Anzahl der Pat. mit gültigen Angaben	25		19	
Median		2,30		3,40
Mittelwert		3,51		4,60