

Implantiertes System (postoperativ funktionell aktive Anteile) IV

	Gesamt 2004		Gesamt 2003	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Bei System mit zwei Ventrikelsonden				
Ventrikel (2. Sonde)				
NBL-Code	673 / 62.382	1,08	457 / 51.904	0,88
davon:				
unipolar	277 / 673	41,16	287 / 457	62,80
bipolar	377 / 673	56,02	162 / 457	35,45
multipolar	18 / 673	2,67	7 / 457	1,53
aktive Fixation, z.B. Schraubsonde	81 / 673	12,04	85 / 457	18,60
passive Fixation, z.B. Ankersonde	383 / 673	56,91	242 / 457	52,95
keine Fixation	207 / 673	30,76	130 / 457	28,45
Polyurethanisolierung	151 / 673	22,44	97 / 457	21,23
Silikonisolierung	403 / 673	59,88	297 / 457	64,99
beide Materialien	119 / 673	17,68	63 / 457	13,79
steroidfreisetzend	510 / 673	75,78	285 / 457	62,36
andere Substanz freisetzend	9 / 673	1,34	1 / 457	0,22
ohne	153 / 673	22,73	170 / 457	37,20
Reizschwelle (bei 0,5 ms) (V)				
Anzahl der Pat. mit gültigen Angaben	647		413	
Median		0,90		0,80
Mittelwert		1,09		1,08
R-Amplitude (mV)				
Anzahl der Pat. mit gültigen Angaben	625		408	
Median		13,00		13,00
Mittelwert		14,63		14,20